

Datum: 2013-07-29 V.2/Rev.A Seite 1/1	PRODUKT - DATENBLATT ABE® - Fixiervlies Karl Beese (GmbH & Co. KG)	REF 4470 - 4473 ABE-FIXIERVLIES_DAT1.DOC
---	--	--

Artikel	ABE® - Fixiervlies			
Varianten	Art.-Nr. (REF)	Breite [cm]	Länge [m]	Rollen/UVP
	4470	5 +/- 2 %	10 +/- 2 %	1
	4471	10 +/- 2 %	10 +/- 2 %	1
	4472	15 +/- 2 %	10 +/- 2 %	1
	4473	20 +/- 2 %	10 +/- 2 %	1
Produktbeschreibung	Weißes, selbstklebendes Fixiervlies, dehnbar in Querrichtung, Dehnung min. 100 %, mit vorgeschchnittener Schutzschicht aus Silikonpapier. Weiche Struktur, hypoallergen, luftdurchlässig, frei von Latex, PVC, and DEHP. Sterilisierbar mit Strahlen (25-50 kGy) und EO. Verpackung und Sterilisation liegen in der Verantwortung des Anwenders. Bitte Normen beachten, insbes. EN ISO 11607-1/-2, EN 556, EN ISO 11137, EN ISO 11135. Nicht geeignet für die Sterilisation mit Dampf, Plasma (Wasserstoffperoxid) oder Heißluft			
Ausgangsmaterial	Trägermaterial: 100 % Polyestervlies, Dicke 0,5 mm +/- 5 %, Gewicht 47 +/- 5 g/m². Kleber: Polyacrylat, Gewicht 35 +/- 5 g/m²			
Spenderkarton	Vollpappe			
Versandkarton	Wellpappe, min. 3 mm			
Lagerungs- und Transporthinweise	Vor Hitze und Sonneneinstrahlung sowie Nässe schützen. Maximale Kartonstapelhöhe: 2,30 m			

Zweckbestimmung	Einmalprodukt zur Fixierung von Verbänden, Kanülen, Drainagen, Kathetern. Nur auf intakter Haut verwenden. Bei einer Wiederaufbereitung ist eine Materialveränderung nicht ausgeschlossen
Klassifizierung nach Richtl. 93/42/EWG	Klasse I
Resultate der Risikobeurteilung und klinischen Bewertung	Kein erhöhtes Risiko erkennbar für Anwender und Patient, wenn das Produkt wie vorgesehen angewendet wird
Code nach UMDNS	Heftpflaster (10-026)
Konformitätserklärung nach Richtlinie 93/42/EWG	Konformitätserklärung entsprechend der Richtlinie 93/42/EWG liegt vor, die Produkte sind in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und werden mit CE-Kennzeichnung in Verkehr gebracht

Hinweise	Weitere Informationen über das Sortiment entnehmen Sie bitte der Produktübersicht. Änderungen vorbehalten
----------	---

Karl Beese (GmbH & Co. KG)	
<i>C. Köberl</i> i.A. Dipl.-Ing. Christina Köberl - Qualitätswesen -	<i>Geisthardt</i> i.A. Dipl.-Biol. Dietmar Geisthardt - Leiter Produktentwicklung -